

ZERTIFIKAT

Das Prüflabor

Polycompound AG

in 4450 Sissach, Schweiz

hat an der Eignungsprüfungsserie Frühjahr 2020 mit dem Laborcode 611 teilgenommen.

In der Prüfung

20-2101 | Dichte

(DIN EN ISO 1183-1:2013-04)

wurden die folgenden Scores erzielt:

Platten 30x20x4 / PET / natur

Dichte: z-Score = -0.05

Platten 30x20x4 / POM / schwarz

Dichte: z'-Score = -0.09

In Übereinstimmung mit den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17043:2010 sind mit den Scores die folgenden Bewertungen verbunden:

$ z $ oder $ z' \leq 2$:	Laborergebnis ist zufriedenstellend
$2 < z $ oder $ z' < 3$:	Laborergebnis ist fragwürdig
$ z $ oder $ z' \geq 3$:	Laborergebnis ist unbefriedigend

Lüdenscheid, 05.10.2020



Ch. Ueing

i.V. Dipl.-Ing. Christian Ueing

